

Instruction d'utilisation



**Filtre Douche Médical
31, 62, et 92 Jours**

Tsafe

Filtre Douche Médical 31, 62, et 92 Jours

Description

Le filtre de la gamme de produits médicaux T-safe utilise la technologie à fibres creuses et a été spécialement conçu pour éliminer les bactéries présentes dans l'eau du robinet, dont la *Pseudomonas aeruginosa* et la *Legionella pneumophila*, afin d'éviter les maladies causées par des infections dans les hôpitaux et les centres de soins.

La gamme de produits médicaux T-safe a été conçue pour agir sur le micro-environnement des lésions de l'épiderme ou de la membrane muqueuse et éviter l'apparition de maladies liées à des bactéries. Les produits médicaux T-safe conviennent au soin des plaies, aux baignoires pour le soin des brûlures, à l'accouchement dans l'eau, au lavage des mains, aux bains réguliers et à la mise en bouteille d'eau potable.

Le Filtre Douche Médical 31, 62, et 92 Jours T-safe est une unité complète équipée d'un filetage mâle de 1/2". Le produit est composé d'un limiteur de débit qui protège le filtre contre les pics soudains de pression hydraulique.

Le Filtre Douche Médical 31, 62, et 92 Jours T-safe permet de retenir efficacement les bactéries jusqu'à 31 jours maximum, dans les limites d'utilisation décrites ici.

Cette instruction d'utilisation est valable pour les produits suivants :


Référence	Code
Filtre Douche Médical 31 Jours	02-803310EU
Filtre Douche Médical 31 Jours - sterile	02-803311EU
Filtre Douche Médical 62 Jours	02-803320EU
Filtre Douche Médical 62 Jours - sterile	02-803321EU
Filtre Douche Médical 92 Jours	02-803121EU
Filtre Douche Médical 92 Jours - sterile	02-803125EU
Filtre Douche Médical 92 Jours	02-803330EU
Filtre Douche Médical 92 Jours - sterile	02-803331EU

Installation

Installez le produit directement après l'avoir déballé et assurez-vous que le filtre n'entre en contact avec aucune source de contamination avant d'être installé.


1

Le joint fourni est prévu pour le tuyau de la douche et doit remplacer le joint précédemment installé. Ceci, à chaque fois qu'une nouvelle douche T-safe est installée, afin que le raccord soit bien serré.



2

Fixez fermement le tuyau de douche à la douche. Il est maintenant prêt à l'emploi.



Nettoyage

Si des procédures de nettoyage professionnel sont en place, les surfaces extérieures du filtre doivent être nettoyées à l'aide d'une lingette jetable neuve avec, par exemple, 1000 ppm de chlore. Veillez à ne contaminer aucun embout du filtre, afin d'éviter toute contamination. Ne déconnectez pas le filtre pendant le nettoyage.

Exposition au traitement chimique et thermique de l'eau

Le filtre peut tolérer les traitements de désinfection continue suivants :

- 30 ppm de dioxyde de chlore
- 15 ppm de chlore libre (hypochlorite)
- 10 ppm d'ozone
- 30 ppm de peroxyde d'hydrogène
- 10 ppm de chloramine

Traitement de choc:

- Jusqu'à 1000 ppm de chlore libre pendant 1 heure à température ambiante
- pH de 12 pendant 1 heure à température ambiante
- 1000 ppm d'acide peracétique pendant 2 heures à 60 °C

Le filtre peut tolérer jusqu'à 6 désinfections thermiques pendant sa durée de vie dans les conditions suivantes: 70 °C pendant 5 minutes

Important : Le filtre ne peut pas être placé dans un bain d'eau chaude.

Élimination

Le filtre peut être éliminé avec les déchets ordinaires conformément aux réglementations locales en vigueur en vertu du numéro de catégorie de déchets 180104 et conformément à la directive européenne 75/442/CEE.

Rangement – filtre non utilisé

Le produit doit être stocké à une température comprise entre 5 °C et 40 °C et à une humidité de max. 60 %. Date d'expiration : consultez l'étiquette sur l'emballage ou le marquage sur le produit.

Précautions d'utilisation

- N'utilisez pas le filtre si l'emballage est ouvert ou abîmé ou si le filtre présente des dommages visibles.
- Ne déconnectez pas le filtre pendant la période d'utilisation.
- Évitez les chocs mécaniques et ne heurtez pas le filtre avec des objets lourds ou métalliques, au risque de l'endommager.
- L'embout du filtre ne doit pas entrer en contact direct avec la peau ou les cheveux.
- Le filtre ne doit pas être utilisé en permanence avec de l'eau à plus de 60 °C. La plage de température optimale en fonctionnement est comprise entre 10 °C et 45 °C.
- Le filtre n'est pas conçu pour supporter une pression supérieure à 5 bars.
- Si le filtre est soumis à une pression d'eau trop élevée, il risque de se casser (diminution soudaine du débit d'eau). Le filtre doit alors être jeté.

- Le filtre n'est pas compatible avec le « rétrolavage ».
- Le niveau de contamination et la quantité de particules et de substances présentes dans l'eau qui sont susceptibles de bloquer le filtre risquent de diminuer la durée de vie de ce dernier.
- Le filtre ne doit pas être rincé ou nettoyé au lave-vaisselle ou dans un autoclave.
- Le filtre doit être jeté si la date d'expiration est dépassée.
- Ne modifiez ni le filtre et n'effectuez aucun changement dessus.

REMARQUE

- N'utilisez pas l'eau pour des lentilles de contact.
- La qualité de l'eau ne convient pas à une utilisation pharmaceutique.
- Le filtre n'altère pas le goût, l'odeur ou la composition chimique de l'eau et ne modifie pas la concentration en sels, métaux, tartre, produits chimiques, pesticides et colorants.



T-safe A/S

Gydevang 1
3450 Allerød
Denmark

t: +45 48 17 22 82
e: info@t-safe.com

t-safe.com